

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 12/2019

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE INSUMOS PARA CONTROLE DE DIABETES PARA MUNICÍPIOS CONSORCIADOS - (SRP)

Processo Licitatório n.º 16/2019

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA MANTIDA: A partir das 09:30h (nove horas e trinta minutos horas, Horário de Brasília), do dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2019 (dois mil e dezenove).

LOCAL: SALA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE PAULISTA - CIOP, localizada na Rua Coronel Albino, nº 550, Presidente Prudente - SP.

Comunicamos a todos os interessados a seguinte retificação do Edital do Pregão Presencial n.º 12/2019:

01 - Fica retificado o item II (tiras reagentes) do Anexo II-A – Termo de Referência e do anexo III - Preço Estimado, acrescentando-se a seguinte informação que segue em destaque abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID FORNEC
2	TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR. FIXA EM SUPORTE PLÁSTICO, COM ÁREA REATIVA PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA, COM LEITURA PELOS MÉTODOS DE FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA, E APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL E RÁPIDA COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. O MÉTODO DE ANÁLISE DEVE APRESENTAR LINEARIDADE NA FAIXA DE 10MG/DL A 600 MG/DL. SERÃO ACEITOS VALORES MAIORES QUE 10MG/ML, SENDO ATÉ 20MG/ML, E MENORES QUE 600MG/ML, SENDO ATÉ 500 MG/ML. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGIDTRO NO MINISTÉRIO A SAÚDE. O PRODUTO DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) EM PLENA VIGÊNCIA E DEVERÁ ATENDER AO PADRÃO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO DESCRITO NA NORMA ISO 15197:2013. APÓS ABRIR PELA PRIMEIRA VEZ O FRASCO DAS TIRAS, AS MESMAS TERÃO UM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES PARA SEREM UTILIZADAS. NECESSÁRIO TRAZER AMOSTRA DO PRODUTO NA SESSÃO.	UNIDADE

As demais disposições do Edital permanecem inalteradas, permanecendo a mesma data da sessão pública.

Presidente Prudente, 19 de junho de 2019

Carlos Augusto Vreche
Diretor Executivo